

Instytut Włókien Naturalnych
i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Wojska Polskiego 71B
60-630 Poznań
(Zamawiający)

Dotyczy: Zapytanie ofertowe TA/Zp-1/22 na dostawę autoklawu/sterylizatora parowego

Wyjaśnienia i modyfikacje (zmiany treści) Zapytania ofertowego

Zamawiający otrzymał pytania do treści przedmiotowego Zapytania ofertowego. Treść zapytań oraz udzielane na nie odpowiedzi przedstawiają się następująco:

Zapytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści autoklaw o zakresie temperatur sterylizacji 98 – 135 °C?

Nie ma uzasadnienia, aby prowadzić proces wyjąławiania w wyższych temperaturach.

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie również takiego autoklawu/sterylizatora parowego, który będzie posiadał zakres temperatur sterylizacji jak w zapytaniu. W celu uwzględnienia powyższej odpowiedzi (jak też odpowiedzi na zapytanie nr 8, Zapytanie nr 10 oraz zapytanie nr 11) Zamawiający dokonuje zmiany zakresu referencyjnego temperatur sterylizacji w stosunku podanego w ramce w dziale III dokumentu Zapytania ofertowego. Zmiana ta następuje w następujący sposób (wskazany parametr/wymóg otrzymuje nową następująca treść):

„Temperatura sterylizacji: zakres, w którym dolna temperatura sterylizacji będzie nie niższa niż 98 °C a górna temperatura sterylizacji będzie nie niższa niż 134 °C”

Powyższa zmiana (modyfikacja) oznacza, iż aktualnie przedmiot zaoferowania stanowić mogą – według wyboru Wykonawcy (Oferenta) zarówno autoklaw/sterylizator parowy z zakresem temperatury w zakresie 98 – 135 °C (jak w zapytaniu), jak i autoklaw/sterylizator parowy z zakresem temperatury w zakresie 100 – 140 °C (jak dotychczas, przed zmianą)

Zapytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści autoklaw bez ręcznego zaworu spustowego? Z doświadczenia serwisowego wiemy, że przypadkowe otwarcie bądź rozszczelnienie ręcznego zaworu spustowego podczas procesu sterylizacji, skutkuje przepaleniem dna kotła, a co za tym idzie nieodwracalnym zniszczeniem autoklawu. W sterylizatorach nowej generacji rozwiązanie to nie jest już stosowane.

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie autoklawu/sterylizatora parowego bez ręcznego zaworu spustowego. W tym celu Zamawiający dokonuje zmiany w opisie jednego z parametrów/wymogów podanych w ramce w dziale III dokumentu Zapytania ofertowego, tj. znajdujący się tam parametr/wymóg o treści

„Ręczny zawór spustowy” - zostaje wykreślony

Tym samym, w świetle powyższej zmiany Wykonawca (oferent) składający ofertę ma wybór odnośnie tego czy przedmiotem jego oferty będzie autoklaw/sterylizator parowy z ręcznym zaworem spustowym, czy też autoklaw/sterylizator parowy bez ręcznego zaworu spustowego

Zapytanie nr 3:

Czy Zamawiający wymaga, aby autoklaw posiadał włącznik czasowy, pozwalający na uruchomienie procesu sterylizacji w czasie nieobecności użytkowników poprzez podanie daty oraz godziny? Jest to funkcja, która znacznie usprawnia pracę w laboratorium.

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 3:

Zamawiający nie stawia wymagania jak w zapytaniu. Zaoferowanie zatem autoklawu/sterylizatora parowego bez funkcji (właściwości) jak wskazana w zapytaniu następuje z wyłącznej inicjatywy Oferenta, jako dodatkowy (nie wymagany, ale też nie zabroniony przez Zamawiającego) element w ramach oferowanego autoklawu/sterylizatora parowego.

Zapytanie nr 4:

Czy Zamawiający wymaga automatycznego, bezpiecznego systemu zamykania drzwi komory autoklawu, który będzie chronił Użytkownika przed przytraśnięciem palców?

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 4:

Zamawiający nie stawia wymagania jak w zapytaniu. Zaoferowanie zatem autoklawu/sterylizatora parowego, z rozwiązaniem jak wskazane w zapytaniu następuje z wyłącznej inicjatywy Oferenta, jako dodatkowy (nie wymagany, ale też nie zabroniony przez Zamawiającego) element w ramach oferowanego autoklawu/sterylizatora parowego.

Zapytanie nr 5:

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z autoklawem koszy drucianych ze stali nierdzewnej, które będą dopasowane wielkością do rozmiarów komory?

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 5:

Zamawiający nie stawia wymagania jak w zapytaniu. Zaoferowanie zatem, obok samego autoklawu/sterylizatora parowego, zaoferowanie również (w ramach złożonej w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe) koszy drucianych ze stali nierdzewnej, które będą dopasowane wielkością do rozmiarów komory, następuje z wyłącznej inicjatywy Oferenta, jako dodatkowy (nie wymagany, ale też nie zabroniony przez Zamawiającego) element w ramach oferowanego autoklawu/sterylizatora parowego.

Zapytanie nr 6:

W związku z ukazaniem się zapytania na autoklaw laboratoryjny/sterylizator parowy: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia o pojemności 50 litrów?

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 6:

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 50 litrów to pojemność za mała w stosunku do potrzeb Zamawiającego. Minimalna pojemność robocza dla wymaganego do zaoferowania autoklawu/sterylizatora parowego to 60 litrów

Zapytanie nr 7:

Szanowni Państwo proszę o informację czy dopuszczone zostanie urządzenie o pojemności 90 litrów spełniające pozostałe kryteria

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 7:

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie autoklawu/sterylizatora parowego z pojemnością roboczą 90 litrów (jako maksymalną dopuszczalną). W celu uwzględnienia powyższej odpowiedzi Zamawiający dokonuje podniesienia o 10 litrów (z dotychczasowych 80 do 90 litrów) pojemności roboczej maksimum w stosunku podanej w ramce w dziale III dokumentu Zapytania ofertowego.

Tym samym, wskazany parametr/wymóg w ramce działu III dokumentu Zapytania Ofertowego otrzymuje nową następującą treść:

„Pojemność robocza 60 – 90 litrów”

Powyższa zmiana (modyfikacja) oznacza, iż aktualnie przedmiot zaoferowania stanowić mogą – według wyboru Wykonawcy (Ofereanta) - autoklaw/sterylizator parowy z pojemnością roboczą nie mniejszą niż 60 litrów i nie większą niż 90 litrów.

Zapytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze sterylizacją od 105stC do 135stC?

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 8:

Mając na uwadze odpowiedź udzieloną na zapytanie nr 1 powyżej (i dokonaną tam zmianę w dokumentach Zapytania Ofertowego – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie autoklawu/sterylizatora parowego z zakresem temperatury sterylizacji od 105stC do 135stC, jak w zapytaniu (zakres temperatury sterylizacji od 105stC do 135stC mieści się bowiem w zmodyfikowanym w odpowiedzi na zapytanie nr 1 wymaganiu, aby dolna temperatura sterylizacji w autoklawie/sterylizatorze była nie niższa niż 98°C a górna temperatura sterylizacji nie niższa niż 134 °C

Zapytanie nr 9:

Czy Zamawiający zgodzi się na przedłużenie terminu dostawy autoklawu do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy o realizację zamówienia? Prośba podyktowana jest ogólnoswiatową sytuacją epidemiologiczną, mającą znaczący wpływ na dostępność komponentów do autoklawów, a co za tym idzie na opóźnienia w produkcji tych urządzeń

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 9:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wskazaną w zapytaniu.

Zapytanie nr 10

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o zakresie temperatur do 136 °C (zamiast 140°C)?

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 10:

Przy założeniu, że wskazany w zapytaniu zakres temperatury do 136 °C (zamiast 140°C) dotyczy zakresu górnego, Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie autoklawu/sterylizatora parowego z takim zakresem temperatury. Mając bowiem na uwadze odpowiedź udzieloną na zapytanie nr 1 powyżej (i dokonaną tam zmianę w dokumentach Zapytania Ofertowego – Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie autoklawu/sterylizatora parowego z zakresem temperatur sterylizacji, w którym dolna temperatura

sterylizacji w autoklawie/sterylizatorze będzie nie niższa niż 98°C a górna temperatura sterylizacji nie niższa niż 134 °C. Jeżeli zatem, autoklaw/sterylizator parowy tak jak w zapytaniu, umożliwi temperaturę sterylizacji w ramach górnej temperatury sterylizacji na poziomie do 136 °C (w więc wyższym o 2 °C niż wyżej wskazane 135°C) może być zaoferowany, pod warunkiem, że dolna temperatura sterylizacji w takim autoklawie/sterylizatorze będzie nie niższa niż 98°C

Zapytanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie autoklawu o temp, sterylizacji Min.: 100 °C (212 °F) - Max.: 134 °C (273.2 °F)

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 11:

Mając na uwadze odpowiedź udzieloną na zapytanie nr 1 powyżej (i dokonaną tam zmianę w dokumentach Zapytania Ofertowego – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie autoklawu/sterylizatora parowego z zakresem temperatury sterylizacji od 100°C do 134°C, jak w zapytaniu (zakres temperatury sterylizacji od 100°C do 134°C mieści się bowiem w zmodyfikowanym w odpowiedzi na zapytanie nr 1 wymaganiu, aby dolna temperatura sterylizacji w autoklawie/sterylizatorze była nie niższa niż 98°C a górna temperatura sterylizacji nie niższa niż 134 °C

W zakresie nie ujętym powyższymi odpowiedziami treść Zapytania Ofertowego, w tym parametry/ wymagania stawiane autoklawowi/sterylizatorowi parowemu w ramce działu III dokumentu Zapytania Ofertowego pozostają bez zmian. Bez zmian w stosunku do wyznaczonego w dokumencie Zapytania Ofertowego pozostaje również termin składania ofert.

Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający podaje, iż aktualnie (po dokonanych zmianach/modyfikacjach jak wyżej) treść w ramce działu III dokumentu Zapytania Ofertowego przyjmuje postać następującą (poniższa ramka):

Autoklaw/sterylizator powinien posiadać wymienione niżej funkcjonalności oraz parametry pracy urządzenia powinny się mieścić w podanych zakresach:

- Pojemność robocza 60-90 litrów
- Temperatura sterylizacji: zakres, w którym dolna temperatura sterylizacji będzie nie niższa niż 98°C a górna temperatura sterylizacji będzie nie niższa niż 134 °C”
- Możliwość transportu urządzenia na kółkach (kółka transportowe)
- Możliwość sterylizacji materiałów płynnych i stałych takich jak: pożywki, wyroby szklane, tworzywa sztuczne, urządzenia metalowe, worki na odpady i inne przedmioty laboratoryjne.
- Wbudowane zabezpieczenia przed przegrzaniem urządzenia i przed przypadkowym otwarciem pokrywy

Ilekroć odtąd Zapytanie ofertowe czy jego załączniki wskazuje na treść (opis) w ramce działu III Zapytania ofertowego - należy przez to rozumieć treść wskazaną w powyższej ramce, tj. treść uwzględniającą zmiany (modyfikacje) dokonane w odpowiedzi na niektóre zapytania w niniejszym piśmie.